

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ЦЕНТР «ЭНЕРГО» (ООО «НИЦ «ЭНЕРГО»)

Наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.314490

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

№ С-ЕИЭ/02-06-2026/530966071

Действительно до
01.06.2030 г.

Средство измерений **Термометры стеклянные лабораторные ТЛ (ТЛ-2 (от -30 до +70)), рег. № 95748-25**

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер **1759**

в составе

номер знака предыдущей поверки

поверено **в полном объеме**

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с **РТ-МП-357-01-2025**

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **65421.16.2P.01309980, термометр ПТСВ-9-2 (2-й разряд Приказ № 2712 от**

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

19.11.2024), зав. № 1275, 65421.16.2P.01309979, термометр ПТСВ-9-2 (2-й разряд Приказ № 2712 от 19.11.2024), зав. № 1275, 40719.15.4P.00661072, термометр ТЦЭ-005 (4-й разряд Приказ № 3456 от 30.12.2019), зав. № 222-0134

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов

перечень влияющих факторов,


температура: 21,2 °С, относительная влажность: 40,2 %, атмосферное давление: 99,7 кПа

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению в объеме проведенной поверки.

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений:

1-530966071



Знак поверки

Технический директор

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

подпись

Казаков Павел Сергеевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Никитин Владимир Николаевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки
02.06.2026г.