

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНОЙ МЕТРОЛОГИИ – РОСТЕСТ»
(ФБУ «НИЦ ПМ – РОСТЕСТ»)

RA.RU.311320



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ТТ/19-01-2026/495512670

Действительно до 18 января 2030 г.

Средство измерений	Термометры стеклянные лабораторные ТЛ, модификация ТЛ-4, госреестр № 95748-25 <i>наименование, тип, модификация (при наличии), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа средств измерений</i>
заводской номер	0168 <i>заводской или серийный номер или буквенно-цифровое обозначение</i>
в составе	—
поверено	В полном объеме <i>наименование единиц величин, поддиапазонов, на которых поверено средство измерений или которые исключены из поверки</i>
в соответствии с	РТ-МП-357-01-2025 <i>наименование и (или) обозначение документа, на основании которого выполнена поверка</i>
с применением эталонов	Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8, мод. МИТ 8.10М, госреестр № 19736-11, № 1862, 3 разряд; 4 разряд; Термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТСВ-9-2, госреестр № 65421-16, № 3165, 2 разряд <i>регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов, типов средств измерений, их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение, обязательные требования к эталонам</i>
при следующих значениях влияющих факторов	температура окружающего воздуха 20,3 °С, относительная влажность воздуха 43,4 %, атмосферное давление 101,3 кПа <i>перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений</i>

и на основании результатов первичной поверки признано пригодным к применению.

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/495512670>

Поверитель А. А. Петрова
фамилия и инициалы

Знак поверки



Начальник лаборатории
должность руководителя или другого уполномоченного лица

Подпись
подпись

П. Н. Красников
фамилия и инициалы

Дата поверки 19 января 2026 г.

Дополнительная информация: диапазон измерений температуры -30°C до +20°C